



ROSHAN RAI

دستگاه برچسب زن RRS Labelling Device

برچسب دو چسب همراه با نشانگر کلاس یک

Label Gun Labels With Indicator

دستگاه برچسب زن دارای دو ردیف حروفی و عددی می باشد که در ردیف اول اطلاعات متناوبی از جمله فرد مسئول، شماره اتوکلاو، شماره سیکل و ... و در ردیف دوم تاریخ بسته بندی و تاریخ انقضای استریل ثبت می شود. انواع برچسب با نشانگر فرایند بخار، اتیلن اکساید، فرمالدئید، پراکسید هیدروژن (پلازما) قابل جایگذاری در دستگاه برچسب زن می باشد.

این برچسب ها دارای نشانگر فرایند استریلیزاسیون می باشد که تغییر رنگ نشانگر، نشان می دهد که بسته ی مورد نظر در اتوکلاو قرار گرفته است. این برچسب ها دو چسب می باشد، یعنی پس از آنکه برچسب روی بسته ها چسبانده شد و در اتوکلاو قرار گرفت، پس از فرایند استریلیزاسیون قسمت حاوی اطلاعات را می توان جدا نموده و مجدداً روی پرونده بیمار جهت مستند سازی چسباند.

مستند سازی از این جهت اهمیت دارد که اگر بیمارستان، به علت بروز عفونت بیمار پس از عمل جراحی مورد سوء ظن قرار گیرد، اندیکاتورهای تغییر رنگ داده (اندیکاتور کلاس ۶ و لیبل همراه با شناساگر) روی پرونده بیمار و دفاتر بخش CSR ثابت خواهد کرد که بسته ی حاوی وسایل مورد استفاده برای آن بیمار، تحت فرایند استریلیزاسیون قرار گرفته و موضوع قابل ردیابی می باشد.

این برچسب ها علاوه بر دارا بودن اندیکاتور کلاس یک (A) به گونه ای ساخته شده که پس از اتوکلاو، قابلیت چسبندگی خود را به خوبی حفظ می کند.

توجه: اطلاعات بر روی برچسب ها در دو خط ثبت می شود.
تاریخ استریل و انقضاء روی یک خط (تاریخ انقضاء بزرگتر از تاریخ استریل)
ثبت می گردد.



مهندسی پزشکی کاردان بهبود



اصفهان - خیابان بزرگمهر - مجتمع تجاری ساحل - شماره ۴۱ - تلفن: ۰۳۱۱-۲۷۳۶۹۶۶-۷